

长春科技学院

招 标 文 件

(护理设备)

二〇二五年二月二十五日

目 录

第一部分 招标邀请	3
第二部分 报价人须知	5
第三部分 技术要求	8
第四部分 报价文件格式	21

长春科技学院资产设备处

第一部分 招标邀请

长春科技学院就**护理**设备采购项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[**2025-02-25**]

二、项目名称：**护理设备采购项目**

三、采购内容：

1、设备名称：**护理设备采购项目相关设备**

2、范围包括：**护理设备采购项目相关设备**的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街 1699 号长春科技学院

四、招标文件发布时间：

1、发布有效时间：2025 年 **2** 月 **25** 日至 2024 年 **3** 月 **3** 日。

2、发布方式：长春科技学院网站

http://www.jlaudev.com.cn/c-main-dis.php?naw_id=38

五、报名截止时间

参与招标商家务必于 2025 年 **3** 月 **3** 日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

(传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收)

投标保证金：投标截止日前将投标保证金 **5000** 元交至以下账户：

单位名称：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710 4680 1101 5200 0002 92

投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金

金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

1. 投标人在投标函格式招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
2. 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正。

六、开标时间及地点：

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点：

吉林省长春市双阳区东华大街 1699 号长春科技学院开标室。

（实验楼 B401 会议室）

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式：

商务部分联系人：王老师

联系电话：13944100355

技术部分联系人：李老师

联系电话：13654333513

传 真：0431-84230019

邮 箱：554137065@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称：

招标（项目）编号：

报名单位：

联系人：

联系电话：

传真:

邮箱:

投标单位: (公章)

法定代表人: (签字)

年 月 日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求:

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标(见项目招标内容表)报价。

质量要求或技术标准: 按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品, 须提供正规进货凭证, 必须有合格证、保修卡, 并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的, 招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成:

- 1、法人授权委托书;
- 2、营业执照(复印件);
- 3、税务登记证(复印件);
- 4、依法注册的供应商其注册资金(注册资金100万以上);
- 5、企业资质证明(产品授权代理证明);
- 6、质保体系;
- 7、服务响应情况;
- 8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价(报价顺序不容变更), 投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用(如不包含附件、辅材, 必须列明所需附件、辅材具体种类、数量)。
- 9、报价文件规格幅面(A4), 正文使用仿宋体四号字, 按照招标文件所规定的内容顺序, 统一编目、编页码装订。

报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的

“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标

- 1、超时送达；
- 2、投标文件未密封；
- 3、投标文件未按规定加盖本单位印章；
- 4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标；
- 5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权；
- 6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书；
- 7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2025 年 3 月 3 日前。

五、开标时间： 待定。

六、建议到货并安装完成时间： 待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：

本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的 95%；余下 5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则：

我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定：

- 1、投标文件必须符合招标文件要求；
- 2、报价合理，对招标者有利；
- 3、投标商具有履约能力；

- 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限；
- 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。
- 6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1. 招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。
2. 评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3. 评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。
4. 投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），**投标人将提供的仪器设备做成 PPT 幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。**
5. 投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明

- 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿；
- 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释；
- 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标；
- 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

本项目招标内容：**护理设备**，具体内容如下：

第一包：办公家具

设备名称	数量	功能参数要求及技术指标
医用洗手池	4	1、规格：≥1200*600*1100 2、采用 1.2mm 厚不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等。 3、带三位洗手龙头，红外感应自动出水，含热水器，冷热水可调，操作方便。 4、配置自动皂液盒、豪华镜面及镜面照灯。 5、本产品供医院手术室医护人员术前术后洗手用，可有效防止交叉感染
PT 凳	279	1、规格：300*480/700mm 2、整体采用不锈钢管焊接而成可气动升降； 3、5 爪设计，着地支撑更稳定 4、外形整齐，表面无锋棱、毛刺、疤痕等缺陷。 5、置于水平地面上，放置平稳，无摆动现象。 6、产品采用激光切割机和进口数控折弯机加工，折弯一次定位，柔性折弯，强度高。
更衣柜	2	1、规格：950×410×1750mm 2、整柜采用 1.2mm 厚不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等。 3、共有三个各自独立的更衣用柜，柜内隔板均作了加强处理，柜门均带锁。
储物柜	18	1、规格：950×410×1750mm 2、整柜采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板模具成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 3、各自独立的柜体，柜内隔板均作了加强处理，柜门均带锁。上面玻璃下面铁皮门。
文件柜	12	1、规格尺寸：900×400×1750mm； 2、材质：主体采用冷轧钢板喷塑处理，底座采用优质 304 不锈钢板材； 3、对开玻璃门，柜内共 6 层。
模型柜	26	1. 规格：1000*600*2000mm1. 可根据实际情况进行设计调整。 2. 模型柜下半部分为两层，可存放整体模型人，有柜门；上半部分为活动隔断，可存放局部模型，有柜门。 3. 基材为优质刨花板，表面采用三聚氰胺纸饰面，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久。具有防火、防潮、不褪色等特点，耐磨使用，达到 ENF 环保等级。 4. 封边：采用 PVC 封边胶条（厚度 2mm）具有厚度均匀，耐磨性强等特点，颜色为：床旁蓝色，采用品牌五金配件。
马桶两侧扶手	1	1. 规格：60×10cm 2. 材质：抗菌无障碍扶手为彩色 ABS 尼龙材料，和不锈钢管复合而成，其外层 ABS 直径为 35*3.5mm，内衬不锈钢管直径 28*1.2mm 复合而成，专用不锈钢和尼龙配件。0.5 毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全。 用途：用于残疾人如厕时可辅助保证平衡和辅助站立，安装于座便器两侧或淋浴凳旁。
多层物品架	10	1. 规格 600*1800*1800mm，可根据实际情况调整大小，环保板材，钢架结构。不少于 3 层置物功能。
电脑桌	9	1. 基材为优质刨花板，表面采用三聚氰胺纸饰面，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久。具有防火、防潮、不褪色等特点， 2. 封 边：采用 PVC 封边胶条（厚度 2mm）具有厚度均匀，耐磨性强等

		特点，颜色为：白色，采用品牌五金配件。 3. 带锁三抽屉，键盘托，主机柜 4. 规格：120*60*75cm
小桌板座椅	100	1. 优质 PP 材质，靠背人性化设计，耐磨性好，韧性强，易清理 2. 牢固钢架，采用优质钢架脚，耐磨耐污染，不易变形 3. 采用优良的焊接技术和手工打磨，使得椅子更加牢固美观 4. 椅脚带有防刮滑脚垫，有效保护地板减少噪音 5. 椅子可叠堆摆放，节省空间 6. 带有可折叠写字板
沙发	1	1850 长，可根据实际情况调整。布艺包裹。
旋转座椅	265	PP 料背架，带固定腰靠，40 度高密高回弹中软海绵，原位锁定底盘，PP 固定扶手，黑色汽动杆，黑色尼龙高。
被、褥子、枕头	80	被长 2 米，宽 1.5 米，褥子长 2 米，宽 0.9 米，枕芯长 0.6m，宽 0.4 米
座式淋浴	1	标准家庭用淋浴设备，符合国家标准。
窗帘	15	大窗户长 3 米、高 3 米
双人培训桌学校多媒体教室考试桌	5	钢木，人性化设计边角圆角碰撞，CMA，安全免漆，甲醛释放符合标准，防潮性好，耐高温，耐刮耐磨，易清理
会议桌	1	会议室桌椅（定制）： 尺寸：桌子尺寸 $\geq 3*1.2$ 米，椅子 45*45CM、带靠背。 功能：带线盒 可拆卸 防火 适用人数：8 人-12 人 是否组装：组装 材质：防火、防潮、防刮
马桶	1	陶瓷马桶。
洗漱台	1	陶瓷盆洗漱台。包含安装。
窗帘	4	小窗户长 2 米、高 3 米
实验凳	30	学校实验室通用三角形底座，圆形蓝色人性化设计边角圆角碰撞，CMA，安全免漆，甲醛释放符合标准，防潮性好，耐高温，耐刮耐磨，易清理
床垫	40	长 2 米。宽 0.9 米，厚 0.01 米
床单、被套、枕套	80	中单长 2 米，宽 1 米。被套长 2 米，宽 1.5 米。床单长 2 米，宽 0.9 米。枕套长 0.6 米，宽 0.4 米

第二包：医用检查床及柜等

设备名称	数量	功能参数要求及技术指标
不锈钢工作台面	38	1、规格：1800×600×800mm 2、台面及围脚采用优质不锈钢板制作，板厚≥1.2mm，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等。 3、柜体采用≥1mm厚优质冷轧钢板成型后，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 4、配四个抽屉；两个对开门柜体，柜内可选配隔板，隔板额定载荷：每层搁板为20kg，便于物品分类和存放。 5、根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。 6、抽屉及柜门均配有安全锁，确保物品的存放安全。
诊查床	11	1、规格：1900×680×700mm 2、四只支撑脚采用Φ32×1.5 304 优质不锈钢焊管，脚架连接管采用Φ22×1.2 304 优质不锈钢焊管，四只脚带有防滑胶脚。 3、脚架连接件采用材料厚达3.0mm 304 优质不锈钢板。 4、床框以及加强条均采用1.0mm 304 优质不锈钢板制作而成。 5、床脚与床面支撑采用5.0mm扁钢，支撑强度高。 6、床面垫底面采用七层板，床面表面采用高级人造革，内面采用高级泡沫，身体躺上感到温馨和舒畅。 7、床面额定载荷为≥135kg。
PT 训练床(大)	1	1、规格：200×200×53cm 2、材质：型钢表面静电喷涂，床面采用优质抗菌耐磨PU皮革。 3、额定载荷：140kg 用途：用于床上活动训练。
骨科牵引床	2	1、规格：长：2160mm±20mm；宽：1050mm±10mm；高：500mm±10mm 2、配置：ABS床头板、中控刹车系统、不锈钢折叠护栏、牵引架、床旁引留挂钩、输液挂钩、杂物架、床位卡。 3、床头、床尾板采用ABS工程塑料模具一次成型，床尾板外侧设置有一次成型床头卡。 4、床面板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型；床面板由背板、臂板、分腿式腿板、脚板及其附属脚板组成； 5、床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。 6、为防止摇把在不正确使用时损坏，丝杆须具有过盈保护装置。（提供丝杆具有过盈保护装置证明材料）。 7、摇把摇动灵活，无卡阻现象，手柄可0°-180°折叠，无负荷时手柄启动力矩≤0.5N·m 8、病床背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行。 9、病床额定载荷为≥300kg，背板折起角度（0°-85°）±2°，腿板折起角度（0°-55°）±1°。 10、不锈钢弯管护栏主管采用6枝立柱为不锈钢；采用侧位击孔安装方式，强度高，六点支撑防夹手模式，杜绝安全隐患；六柱不锈钢立柱采用双向成形加工工艺成形，独特的S形弯曲造型；高度≥350mm，长度≥1450mm，铝合金型材厚度≥1.5mm护栏，防止发生意外坠床；护栏受力情况要求：承受水平纵向≥350N推力不得产生影响使用的变形，承受水平横向≥1100N推力不得产生影响使用的变形。 11、防缠绕中控脚轮，采用一键刹车系统，推动平稳灵活，制动稳定可靠；脚轮质量要求：脚轮≥Φ150mm防缠绕脚轮，质量上乘，经久耐用。 12、牵引架分床头、床尾、手臂牵引、腿部牵引组成，床头、床尾立管、横梁、牵引横梁均采用不锈钢管，所有牵引架连接件采用铝合金压铸件组成，强度可靠；吊环采用优质塑料模具成型，承受拉力150kg以上。
多功能病床	11	1、规格尺寸：2160×960×（500-700）mm 2、床头、床尾板采用进口PP工程塑料模具一次成型； 3、床面板采用1.2mm优质冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，静电喷塑，表面平滑光洁，无毒，环保，抗锈，品质达到国家标准；

		4、床头、床尾板带定位装置，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸； 5、床架采用 30×70×1.5mm 优质碳钢矩管； 6、床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。 7、病床靠背采用双支撑转轴结构，以达到将病员的重量均匀地分布在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，以减小摩擦，无噪音；病床额定载荷为≥250kg，背段调节范围 0° -75°，腿段调节范围 0° -45°。床面可升降 0-300mm，床边设置 4 个输液架插孔； 8、采用铝合金压铸脚罩，高强度、高抗磨的中控静音刹车脚轮，使床移动及定位灵活、轻巧、方便，稳定性高。 9、手摇柄转动灵活并有两孔转限位装置。 10、配四个 PP 豪华护栏，护栏一次模具冲压成型，可上下定位； 11、配套三折床垫
u 型滑道	4	1. 规格尺寸：规格尺寸为 2.3*1.8 米，但尺寸和形状均支持定制，常规尺寸包括直型、L 型和 U 型。 2. 形状：窗帘轨道的形状包括直型、L 型、U 型等特殊形状，也可以根据需求定制。 3. 材质：轨道主要由优质足厚的铝合金材质制成，这种材质具有承重力强、安装简单、不易腐蚀、使用寿命长的特点。 4. 颜色：轨道表面可以提供氧化铝本色和喷涂烤漆白色两款选择。 5. 此外，医院用的窗帘通常还需要满足特定的技术要求，如阻燃性、遮光性等。例如，阻燃遮光布帘的技术要求包括纤维成分为 100% 聚酯纤维，遮光率≥90%，单位面积质量≥275g/m²，厚度≥0.5mm，以及阻燃要求需满足 GB/T17591-2006 B1 级或更优标准。这些要求确保了窗帘和窗帘轨道在医院环境中的安全性和实用性。
顶装轨道拉帘	14	1. 规格尺寸：规格尺寸为 2.3*1.8 米，但尺寸和形状均支持定制，常规尺寸包括直型、L 型和 U 型。 2. 形状：窗帘轨道的形状包括直型、L 型、U 型等特殊形状，也可以根据需求定制。 3. 材质：轨道主要由优质足厚的铝合金材质制成，这种材质具有承重力强、安装简单、不易腐蚀、使用寿命长的特点。 4. 颜色：轨道表面可以提供氧化铝本色和喷涂烤漆白色两款选择。 5. 此外，医院用的窗帘通常还需要满足特定的技术要求，如阻燃性、遮光性等。例如，阻燃遮光布帘的技术要求包括纤维成分为 100% 聚酯纤维，遮光率≥90%，单位面积质量≥275g/m²，厚度≥0.5mm，以及阻燃要求需满足 GB/T17591-2006 B1 级或更优标准。这些要求确保了窗帘和窗帘轨道在医院环境中的安全性和实用性。
设备带（每床位）	22	标准床位长度，带有氧气终端（国标），床头灯，负压吸引终端，呼叫系统，开关插座；全铝合金、铝合金表面采用静电喷塑工艺处理。
ABS 治疗车	57	规格：610×410×860mm； 1. 主要由钢·ABS 工程塑料与冷钢结构组成； 2. ABS 面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有 304 材质不锈钢护栏，欧式护栏垫，台面上配透明软玻璃，护栏，挂钩，防撞角，静音脚轮（其中两个带有刹车）；两只 ABS 旋转式污物桶方便分类存放垃圾； 3. 正面：配置有并列两中抽屉、尺寸：290*100mm 内部使用尺寸：213*312*85mm；抽屉为 ABS 材料， 4、豪华静音脚轮，两只带刹车、两只无刹车；车体四周安装有防撞装置；
妇科检查床	3	技术参数： 1、规格：1750×600×650（890）mm 2、床架采用 Φ38mm 优质碳钢圆管，管壁厚 1.5mm，床面采用 1.2mm 厚不锈钢板。 3、床垫采用高密度海绵成型垫，外层为优质人造皮革，坚固牢靠。 4、床面分为三段，背板、臀板、腿板，背板采用支撑架落槽式提拉上落，腿板可与臀板腿板分离。 5、床板支撑架带 Φ50mm 静音脚轮，两轮带刹，方便移动和分拆。
多功能病床	19	技术参数： 1、规格：2160×960×500mm

		2、配置：可拆卸式 ABS 床头、静音刹车轮、铝合金折叠护栏、ABS 伸缩餐板、不锈钢升降输液架。 3、床头、床尾板采用烟灰色 ABS 工程塑料，中间点缀黄（蓝）色利用模具一次成型，床尾板外侧设置有一次成型床头卡。 4、床头、床尾板带定位装置，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 5、床边管采用 30×70×1.5mm 优质碳钢矩管。 6、床面板采用≥1.2mm 厚优质冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 7、床脚采用 50×50×1.2mm 优质碳钢方管。 8、床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。 9、手摇床丝杆采用 45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。 10、摇把手柄为折叠式，金属材料，经久耐用。 11、病床靠背采用双支撑转轴结构，以达到将病员的重量均匀地分布在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，以减小摩擦，无噪音；病床额定载荷为≥200kg，背段调节范围 0°-75°，腿段调节范围 0°-45°，床边设置 4 个输液架插孔。 12、折叠护栏采用优质铝合金材料，全覆式设计，主柱不少于 6 根，手握式单边开关，操作简便。护栏上可放置移动餐桌板。 13、餐桌板主体采用优质木板，两端端口采用 ABS 注塑成型，颜色与床整体相配。 14、输液架为升降式，主管采用优质 304 不锈钢管制作，具有二个挂钩，可同时进行多瓶输液。 15、脚轮采用直径≥125mm 的高级人造胶静音轮，四轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。
ABS 床头柜	43	技术参数： 1、规格：480×470×780mm 2、配置：全 ABS、带毛巾架、手提袋挂钩、餐板 3、整柜采用 ABS 工程塑料模具一次注塑成型，柜体板厚度≥2mm，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀。床头柜门、抽及台面为蓝色，侧面为灰色。 4、上抽、下柜，柜内有隔板，可放置不同规格物品。 5、柜门带自锁装置，不会自动打开。 6、床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，正面带餐桌拉板，可收折，外形美观，使用方便。
豪华升降婴儿床	2	技术参数： 规格：850×520×（780-980）mm 2. 可用于婴儿休息、睡眠、洗澡； 3. 铝合金气动升降立柱调节高度，调节范围 200mm； 4. 透明婴儿盆，无毒无味，强度高，抗老化。 5. 婴儿盆可调整倾斜度，倾斜度范围为±140； 6. 加强型 ABS 底盘，保证车体稳固，配防缠绕静音脚轮，对角带刹车。
可移动式设备带	1	移动设备带 产品分为底座、模拟床头板和底座 3 部分。 1. 底座长度 1100mm，宽度 660mm，高度为 750mm，人字形，带万向轮可移动； 2. 模拟床头板长度 1000mm，宽度 160mm，右下角设有一凹槽，尺寸为 70x70x100mm，在模拟实验时便于摆放实验用品； 3. 设备带长度为 1200mm，宽度为 200mm，有标准氧气和负压接口，有插座方便随时使用。 4. 具有标准氧气、负压接口《内部无需设置气体管路》，底座带万向轮可锁定。

第四部分 报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报 价 函

(格式)

长春科技学院:

_____ (报价人全称) 授权 _____ (报价人代表姓名)
(职务、职称) 为我方代表, 参加贵方组织的 _____ (项目名称、项目编号、包号) 招标的有关活动, 并对此项目进行报价。为此:

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内, 遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件, 包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺: 完全理解最终报价超过采购预算金额时, 报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求, 若有偏差, 已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件, 包括招标文件修改书 (如有的话)、按照资料及有关附件, 确认无误。

13、我方承诺: 采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的, 在不改变合同其他实质性条款的前提下, 按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的, 将被处以采购金额 5% 以上 10% 以下的罚款, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

(1) 提供虚假材料谋取成交的;

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3) 与采购人、其它供应商恶意串通的；

(4) 向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：

(办公)

(移动)

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间： 年 月 日


经营期限：_____

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 _____（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。



报价人（公章）：

报价人代表（签字或签章）：

日 期：

法定代表人授权委托书 （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于_____（报价人住址）的
（报价人名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代
表本公司授权在下面签字的_____（报价人代表姓名、职务）为本
公司的合法代理人，就贵方组织的_____项目，项目编
号：_____，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：_____

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：_____

报价人全称、报价人公章：_____

报价一览表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

报价人名称：_____

价格合计：_____ 单位：元

序号	仪器设备名称	数量	规格型号	厂家	单价	合价	质保期	供货期	附技术资料

报价人（公章）：

报价人代表（签字或签章）：

日 期：

报价货物技术偏离表（格式）

项目名称: _____

项目编号: _____

报价人名称: _____

序号	仪器设备名称	数量	原技术指标	投标文件 技术指标	偏离情况	备注

报价人（公章）：

报价人代表（签字）：

日 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包 号：

(商务、技术)

报 价 文 件

供应商单位名称 (加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴)
二〇一 年 月 日